

Vyhľadávanie informácií o kódoch zdravotníckych pomôcok/in vitro diagnostických zdravotníckych pomôcok na stránke ŠÚKL

Na internetovej stránke ŠÚKL sú zverejnené 2 zdroje informácií o kódoch zdravotníckych pomôcok/in vitro diagnostických pomôcok. Informácie sú dostupné len v slovenskom jazyku.

Prvý zdroj: databáza ZP v podobe excelového súboru – aktualizuje sa len 1 x mesačne vždy k 1. dňu nového mesiaca.

Umiestnenie: https://www.sukl.sk/verejne/Zoznam_Zdravotnickych_pomocok/

Cesta dostupnosti: www.sukl.sk /Databázy a servis/INÉ ZOZNAMY/Zoznam registrovaných liekov, zdravotníckych pomôcok a klinického skúšania/Zoznam zdravotníckych pomôcok – nižšie obrázok/ukážka obsahu súboru.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Skupina ZP	Kód	Názov	Doplňok	Názov výrobcu	Štát	Kód výrobcu	Splnomocnenec	Platnosť cert.	Zaradenie
P	6661A	Skener ultrazvukový Clarius Sektorový PAH	celotelová sonografická diagnostika	Clarius Mobile Health Corp.	CA	CUH-CA	EMR-NL	29.03.2027	ZP trieda IIa
P	6662A	Skener ultrazvukový Clarius Endokavitárny E	celotelová sonografická diagnostika	Clarius Mobile Health Corp.	CA	CUH-CA	EMR-NL	29.03.2027	ZP trieda IIa
P	6663A	Šošovka vnútroočná bikonvexná TECNIS Pu	so zavádzacím systémom Simplicity, m	Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc	US	JJM-US-03	ABT-IE-04	01.03.2027	ZP trieda IIb
P	6664A	Čapík vaginálny BIOfaktor IntiVag	s obsahom kyseliny mliečnej, 1 x 10 ks	Biofaktor Sp. z o.o.	PL	BFK-PL		26.05.2024	ZP trieda IIa
P	6665A	Čapík vaginálny BIOfaktor HYALOTIM	s obsahom kyseliny mliečnej a kyseliny	Biofaktor Sp. z o.o.	PL	BFK-PL		26.05.2024	ZP trieda IIa
P	6666A	Čapík rektálny BIOfaktor HYALUFIL	s obsahom kyseliny hyaluronovej, 1 x 10	Biofaktor Sp. z o.o.	PL	BFK-PL		26.05.2024	ZP trieda IIa
P	6667A	Systém analytický telemedicínsky Carna Li	Holo	MedApp S.A.	PL	M08-PL		26.05.2024	ZP trieda IIb
P	6668A	Lampa operačná beztieňová	rôzne modely	Shanghai Huifeng Medical Instruments	CN	SXK-CN	SHH-DE	Bez certifikátu	ZP trieda I
P	6669A	Aplikácia softvérová Syngo Carbon Space		Siemens Healthcare GmbH	DE	SAT-DE-02		29.09.2025	ZP trieda IIb
P	6670A	Inhalátor kompresorový CELIMED U-615	model NB-52U	HONSUN (NANTONG) Co., Ltd	CN	HNU-CN	SHH-DE	26.05.2024	ZP trieda IIa
P	6671A	Lampa čelová batériová LED	model SSL4700	Sunoptic Technologies	US	SXP-US	AJW-DE	Bez certifikátu	ZP trieda I
A	6672A	Obväz silikónový k podtlakovej terapii Vivere	10 x 30 cm	Zhejiang Longterm Medical Technology	CN	ZHL-CN	LOU-NL	10.04.2028	ZP trieda IIb
A	6673A	Obväz silikónový k podtlakovej terapii Vivere	10 x 40 cm	Zhejiang Longterm Medical Technology	CN	ZHL-CN	LOU-NL	10.04.2028	ZP trieda IIb
A	6674A	Obväz silikónový k podtlakovej terapii Vivere	16 x 16 cm	Zhejiang Longterm Medical Technology	CN	ZHL-CN	LOU-NL	10.04.2028	ZP trieda IIb
A	6675A	Obväz silikónový k podtlakovej terapii Vivere	16 x 21 cm	Zhejiang Longterm Medical Technology	CN	ZHL-CN	LOU-NL	10.04.2028	ZP trieda IIb
A	6676A	Obväz silikónový k podtlakovej terapii Vivere	16 x 31 cm	Zhejiang Longterm Medical Technology	CN	ZHL-CN	LOU-NL	10.04.2028	ZP trieda IIb
A	6677A	Obväz silikónový k podtlakovej terapii Vivere	21 x 21 cm	Zhejiang Longterm Medical Technology	CN	ZHL-CN	LOU-NL	10.04.2028	ZP trieda IIb
A	6678A	Obväz silikónový k podtlakovej terapii Vivere	26 x 26 cm	Zhejiang Longterm Medical Technology	CN	ZHL-CN	LOU-NL	10.04.2028	ZP trieda IIb
A	6679A	Krytie flexibilné lipido-koloidné URGOSTAR	10 x 12 cm	Laboratoires Urgo Healthcare	FR	LRS-FR-01		05.05.2027	ZP trieda IIb
A	6680A	Krytie absorbčné lipido-koloidné URGOSTAR	10 x 12 cm	Laboratoires Urgo Healthcare	FR	LRS-FR-01		26.05.2024	ZP trieda IIb
A	6681A	Krytie absorbčné, adhezívne lipido-koloidné	12 x 12 cm, 10 ks	Laboratoires Urgo Healthcare	FR	LRS-FR-01		26.05.2024	ZP trieda IIb
P	6682A	Systém kompresný pre kardiostimulátory a	rôzne typy, s príslušenstvom	Andanza International	DE	ADZ-DE		Bez certifikátu	ZP trieda I
P	6683A	Systém kompresný brachiálny Premofix uno	rôzne typy	Andanza International	DE	ADZ-DE		Bez certifikátu	ZP trieda I
P	6684A	Krém reparačný upokojujúci DEXYANE Me	100 ml, 5 ml	PIERRE FABRE MEDICAL DEVICES	FR	PFDFR		26.05.2024	ZP trieda IIa
P	6685A	Systém kompresný femorálny Premofix uno	rôzne typy, s príslušenstvom	Andanza International	DE	ADZ-DE		Bez certifikátu	ZP trieda I
L	6686A	Lôžko nemocničné U0002		IHC MEDIKAL A.Ş.	TR	IHC-TR		Bez certifikátu	ZP trieda I
P	6687A	Systém kompresný radiálny Premofix uno	rôzne typy	Andanza International	DE	ADZ-DE		Bez certifikátu	ZP trieda I
P	6688A	Šošovky mäkké korekčné kontaktné Bausc	silikón-hydrogélové, z materiálu Samfilco	Bausch & Lomb Inc.	US	BLI-US	BLI-E	26.05.2024	ZP trieda IIa
P	6689A	Súprava perkutánna Freka Pexact II FR 15 E	7601365	Fresenius Kabi A.G.	DE	FRS-DE-02		26.05.2024	ZP trieda IIb
P	6690A	Náhrada kostná Smartbone Ortho	rôzne typy a veľkosti	Industrie Biomediche Insubri SA	CH	IDT-CH	IDO-IT	20.02.2024	ZP trieda III

Druhý zdroj: vyhľadávacia databáza ZP

Umiestnenie: www.sukl.sk

- [O nás ▼](#)
- [Registrácia humánných liekov ▼](#)
- [Inšpekcia ▼](#)
- [Bezpečnosť liekov ▼](#)
- [Klinické skúšanie liekov ▼](#)
- [Laboratórna kontrola ▼](#)
- [Reklama liekov ▼](#)
- [Drogové prekurzory, výrobné a distribučné povolenia ▼](#)
- [Zdravotnícke pomôcky ▼](#)
- [Liekopis ▼](#)
- [Médiá ▼](#)
- [Informácie pre verejnosť ▼](#)
- [Databázy a servis ▼](#)
- [Ochrana osobných údajov ▼](#)

ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV

Lieky

Zdravotnícke pomôcky

Zdravotnícke pomôcky

Zadajte názov

ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV

Lieky

Zdravotnícke pomôcky

Klinické skúšania

Zadajte názov

Výrobca

Skupina ZP



Kód ZP -5 miestny

Vyhľadať

Vyhľadávacia databáza je len v slovenskom jazyku a nie je on-line, aktualizuje sa 1 krát za deň (v noci).

Vyhľadávať zdravotnícke pomôcky/in vitro diagnostické zdravotnícke pomôcky sa dajú podľa týchto kritérií:

1. Názov zdravotníckej pomôcky
2. Výrobca zdravotníckej pomôcky
3. Skupina zdravotníckej pomôcky
4. 5 miestny kód zdravotníckej pomôcky

1. Vyhľadávanie v riadku „Zadajte názov (ZP)“

Upozornenie: vyhľadávanie zdravotníckej pomôcky podľa názvu funguje full textovo len pre zadanie 1 slova. Napríklad po napísaní slova „katéter“ sa vyfiltrujú všetky katétre, ktoré sa v databáze nachádzajú. Pri napísaní dvoch slov, napríklad „katéter odsávací“ sa zobrazia len tie kódy zdravotníckych pomôcok, ktoré majú v názve kódu presne túto formuláciu. Ak sa v databáze nachádza zdravotnícka pomôcka s názvom „katéter chirurgický odsávací“, táto sa vo vyfiltrovanom zozname nezobrazí, lebo je tam pridané slovo „chirurgický“. Rovnako to platí aj pre vyhľadávanie výrobcov.

Zdravotnícke pomôcky sú spravidla v databáze uvedené v jednotnom čísle, výnimku tvoria zdravotnícke pomôcky, ktoré sú určené do používania laikom na zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí a predpisujú sa na poukaz celé balenia (inkontinenčné vložky, plienky a pod.).

Pri vyhľadávaní podľa 1 slova odporúčame nepísať písmená poslednej slabiky u slov, ktoré v množnom čísle menia koncovku (keďže nie je isté, či je slovo v databáze v jednotnom alebo množnom čísle).

Napríklad slovo obvaz nemení v množnom čísle koncové písmená, má len pridané písmeno „y“, čiže obvazy, takže ak sa pri vyhľadávaní napíše do okienka slovo „obvaz“, vyfiltrujú sa všetky kódy, aj tie, kde je slovo v jednotnom čísle, aj tie, kde by bolo napísané v množnom čísle.

Iný prípad je napríklad slovo katéter, ktoré v množnom čísle znie „katétre“, takže ak chceme mať istotu, že sa nám zobrazia všetky katétre (aj tie, čo by mohli byť v množnom čísle), je potrebné do vyhľadávacieho okienka zadať iba výraz „katet“, čiže bez koncovky slova. Ak niekto zadá pri vyhľadávaní celé slovo „katétre“, nezobrazia sa tie kódy, ktoré majú toto slovo v jednotnom čísle.

Na základe vyššie uvedeného odporúčame, ak má zdravotnícka pomôcka obchodný názov, napríklad „Elite“, použiť ho na vyhľadávanie. Ak ide o zámer vyhľadať zdravotnícku pomôcku s konkrétnym názvom od určitého výrobcu, v tom prípade je nevyhnutné vyhľadávať zdravotnícku pomôcku v kombinácii s názvom výrobcu v ďalšom riadku.

2. Vyhľadávanie podľa položky Výrobca

Ak sa pri vyhľadávaní zadá do príslušného riadku len meno výrobcu a ostatné riadky ostanú prázdne, vyhľadajú sa všetky zdravotnícke pomôcky od daného výrobcu, ktoré sa nachádzajú v databáze. Ak je potrebné vyfiltrovať len určité zdravotnícke pomôcky podľa typu alebo obchodného názvu, tieto slová/názvy sa zároveň napíšu do príslušného riadku pre názov ZP.

Poznámka: Niektorí výrobcovia majú prvé slovo názvu (niekedy aj viac slov) rovnaké, preto je potrebné napísať vždy celý názov (ak sa skladá z viacerých slov).

3. Vyhľadávanie podľa položky Skupina ZP

Tento údaj sa týka kódu ZP. Kód pre ZP má rovnakú štruktúru ako kód pre lieky. Ide o písmeno skupiny, ktoré sa určuje samostatne a potom nasleduje 5 miestny kód generovaný databázou ZP. Vo výsledku má teda ŠÚKL kód 6 znakov, pričom prvý znak je vždy písmeno skupiny. Písmeno skupiny je rozdielne pre kategorizované ZP podľa zákona 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nekategorizované ZP majú písmeno P, takisto kódy označujúce ŠZM (špeciálny zdravotnícky materiál). Písmeno skupiny sa dá v príslušnom riadku vybrať z roletky. Filtrovaním podľa písmena skupiny sa dajú zobrazíť ZP, ktoré patria do tej istej skupiny, napríklad po vybratí písmena F sa zobrazia všetky pomôcky v databáze určené pre stomických pacientov.

4. Vyhľadávanie podľa položky **Kód ZP-5 miestny**

Ako bolo prezentované vyššie, ŠÚKL kód pozostáva zo 6 znakov, pričom ale prvé písmeno je označenie skupiny a až ďalších 5 znakov je samotný kód, ktorý generuje databáza. To znamená, že 5 miestny kód za písmenom je jedinečný, nemôže byť rovnaký kód s iným písmenom skupiny. **PRETO JE NEVYHNUTNÉ DO PRÍSLUŠNÉHO RIADKU ZADÁVAŤ LEN TENTO 5 MIESTNY KÓD. Ak niekto napíše do riadku aj písmeno skupiny, nič sa mu nezobrazí.**